

**Digitec Galaxus AG**  
[REDACTED]

**Pfingstweidstrasse 60**  
**8005 Zürich**

**Prüfbericht** **2020L25762**

Berichtsdatum 29. Juli 2020 / 11:07  
Auftragstyp Allg. Untersuchungen  
Auftraggeber Digitec Galaxus AG, [REDACTED]

| Bericht               | Prüfmuster                     |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>2020L25762 / 1</b> | <b>Disposal Face Mask KN95</b> |

**Bewertung**

Das Ergebniss bezüglich des Partikelrückhaltevermögens deuten darauf hin, dass die Maske den Anforderungen einer "KN95" Maske entspricht.

Unter den Voraussetzungen von Artikel 4o COVID-19-Verordnung 2 dürfen Atemschutzmasken in Verkehr gebracht werden, die ein angemessenes Sicherheitsniveau gemäss den Anforderungen der schweizerischen PSA-Verordnung gewährleisten.

Die chinesische Zertifizierung «KN95» wird von den Behörden momentan akzeptiert, dennoch empfehlen wir dringend eine Freigabe durch die zuständigen Schweizer Behörden (SECO, SUVA oder bfu).

Die Maske erfüllt die Vorgaben der Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science Task Force für Community Masks bezüglich dem getesteten Parameter.

---

Bericht freigegeben durch: Robert Sporer, Prüfleiter

Dieser Bericht wurde elektronisch signiert und ist somit rechtsgültig.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Ihr Kundenberater zur Verfügung:  
Frau Nathalie Moravetz Telefon direkt +41 58 577 10 20

**Teilbericht****2020L25762 / 1**

Bezeichnung Disposal Face Mask KN95  
Menge 4  
Eingangsdatum 27.07.2020

| <b>Technologische Prüfungen</b>                                      |                         |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|
| <b>Parameter</b><br><i>Methode (Standort)</i>                        | <b>Resultat Einheit</b> | <b>Limit / Anforderung</b> |
| <b>Partikelrückhaltevermögen</b><br><i>NTXMET100 (na) (Dietikon)</i> | <b>&gt;95 %</b>         | <b>≥70</b>                 |